

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2020-339	REFERENCIA PS/CV/VCG/4382
PRODUCTO Batas quirúrgicas estériles, guantes quirúrgicos, mascarillas desechables, paños quirúrgicos estériles, cubiertas estériles para equipos y calentadores de alcance estériles.	
FABRICANTE ATOS SAGLIK URUNLERI TEKSTIL SANAYI VE TIC,LTD, yesiloba mah.46257, Seyhan/Adana, Turquía.	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none"> • Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123) • Número de certificado:G2S.17.02.98215.001 • Fabricante: ATOS SAGLIK URUNLERI TEKSTIL SANAYI VE TIC, LTD • Producto: Batas quirúrgicas estériles, guantes quirúrgicos, mascarillas desechables, paños quirúrgicos estériles, cubiertas estériles para equipos y calentadores de alcance estériles. • Fecha de emisión: 14 marzo 2017 • Fecha de caducidad:13 marzo 2022 <p>Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%91informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</p>	

