

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
PRODUCTO FALSIFICADO**

Nº DE ALERTA: 2020-357	REFERENCIA PS/CV/CEL/4159
PRODUCTO Durex Dame Placer 12 preservativos.	
Nº LOTE 1000603437	
FABRICANTE Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, Reino Unido	
DISTRIBUIDOR Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., Calle Mataró 28, 08403 Granollers, Barcelona	
ASUNTO Notificación de la detección de unidades falsificadas del lote 1000603437 del producto Durex Dame Placer 12 preservativos de la empresa Reckitt Benckiser Healthcare Ltd, Reino Unido.	
INFORMACIÓN ADICIONAL <p>El distribuidor de preservativos Durex en España, Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., ha confirmado la falsificación del lote 1000603437.</p> <p>El material de acondicionamiento y el etiquetado del producto falsificado presenta diferencias con respecto al producto original. Además, la fecha de caducidad del producto original es 2023-09, mientras que la fecha de caducidad que muestra el producto falsificado es 2024-05.</p> <p>El producto falsificado ha sido identificado durante la investigación que se está llevando a cabo como consecuencia de la detección en el mercado de unidades falsificadas del producto Durex Natural Comfort 12 preservativos con número de lote 1000221414 y fecha de caducidad 2024-05. Información que fue transmitida el pasado 14 de mayo, alerta número 220-249 y nota informativa PS,17/2020.</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none">Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 23/2020	

